

# 物品仕様書

## 1. 件名

丹南精明園新築移転に伴う物品購入(特殊寝台一式)

## 2. 物品内容

汎用ベッド,3モーターべッド及びその他付属品一式

詳細については下記、調達物品の選定・選定品に求める主な仕様・規格について参照すること。

## 3. 数量及び寸法

調達物品の選定・選定品に求める主な仕様・規格について参照すること。

## 4. 納入場所 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 丹南精明園

兵庫県丹波市柏原町柏原5208番地1

## 5. 納入期限

令和8年6月末

※納入に当たっては日時、納入場所及び手順をあらかじめ担当者と協議し指示に従うこと

※納入期限については、工事の進歩状況により期限を延長する可能性があるが協議の上、落札金額内で対応すること

※竣工前に調達が必要な物品については、協議の上工程にあわせて手配すること

## 6. 支払方法

納入確認後一括払

## 7. 調達物品の選定・選定品に求める主な仕様・規格について

### (1) 共通事項

・製品本体および付属品はすべて新品とすること

・製品仕様は下記仕様を有することとする

### (2) 機器仕様及び数量

①汎用ベッド(同等品可) 69台

＜基本仕様＞

メーカー名 : パラマウントベッド株式会社・フランスベッド株式会社

シーホネンス株式会社から1社選定

推奨品番 : KA-20192

外形寸法 : 全長 211.7・全幅 100.6・全高 74.4cm 以内 (※標準姿勢時)  
重 量 : 70kg  
キャスター : φ 100mm(4 輪ストッパー・システム)以上  
材 質 : ヘッド・フットボード/フラッシュ構造、オレフィン化粧板  
サイドパネル/ポリプロピレン樹脂成形品、オレフィンシート貼り  
ボトム/スチール製 電着粉体塗装、  
ボトム形成/プレス合板或いは、樹脂製とする  
メインフレーム/スチール製 電着粉体塗装  
質 量 : 70kg 以内

#### ＜特記事項＞

- ・固定金具を使用すれば、ボードの取り外しができないよう固定できること。
- ・ボードは清拭消毒に対応している事。
- ・サイドバンパー/コーナーバンパーには、緩衝材が付いており、接触した場合に衝撃を緩和が  
できること。
- ・キャスターは 10cm キャスター(4 輪ストッパー・システム)とし、4 輪それぞれのストッパーを踏む  
と、操作したキャスターの回転と首振りを固定できること。
- ・背板部分は、プレイス板或いは、樹脂製板であること。

#### ②3モーター・ベッド(指定品番) 10 台

##### ＜基本仕様＞

メーカー名 : パラマウントベッド株式会社 : 電動リモートコントロールベッド  
KA-H5320A  
フランスベッド株式会社 : 低床3モーター・ベッド  
FB-035・L-8・B30V(in)  
シーホネンス株式会社 : SL ベッド SL-3M-83S

#### ＜特記事項＞

- ・上記メーカーより 1 社選定し指定された品番にて積算する事

#### ③サイドレール(同等品可) 汎用ベッド用 10 組 ・ 3 モーター・ベッド用 21 組

##### ＜基本仕様＞

メーカー名 : パラマウントベッド株式会社・フランスベッド株式会社  
シーホネンス株式会社から1社選定

推奨品番 : KS-161G

外形寸法 : 全長 96.9・全高 50.3cm

#### ＜特記事項＞

- ・製品はベッドのサイドフレームに取り付け、ベッド上からの寝具や身体の落下防止を目的としたものである
- ・間に身体が挟まらないように鋼管を配し、枠組みする。
- ・両端部には、樹脂製部品を配して鋼管屈曲部の曲率半径を減らし、ベッドサイドレール及びベッドのボードとの隙間へ身体が挟まりにくくする。
- ・込部は樹脂製キャップを配し、取り付け・取り外しがしやすいようにする。
- ・表面処理は、本体枠の表面処理は構造内側の錆防止及び表面強度確保のため、電着焼付塗装及び粉体焼付塗装によるダブルコーティング塗装とする。平均的な塗膜厚みは40  $\mu$  m以上とし、色はホワイトアイボリーとする。
- ・ベッド本体とサイドレールは同メーカーを選定し互換性有る物とする。

④マットレス(同等品可) 汎用ベッド用 70 枚 ・ 3 モーターべッド用 10 枚

＜基本仕様＞

メーカー名 : パラマウントベッド株式会社・フランスベッド株式会社  
シーホネンス株式会社から1社選定

推奨品番 : KE-533

外形寸法 : 全長 191・全幅 83・厚さ 9cm

質量 : 6kg

＜特機事項＞

- ・清拭消毒に対応する耐薬品性・防水カバーを有する物
- ・ベッド本体とサイドレールは同メーカーを選定し互換性有る物とする。

## 8. その他特機事項

- ・入札費用には設置搬入に伴う費用および養生費も含めること
- ・規格品番の仕様・サイズをもとに「同等品以上」の物品を選定し入札する場合、落札後に同等品以上と認められない物品と判明した場合は施設担当者と協議し、適切な物品に変更することとする。入札物品が同等品以上か確認が必要な場合は質疑期間中に施設担当者に回答を求めることがある
- ・本仕様書の記載事項に疑義が生じた場合及び本仕様書に定めのない事項については担当者と協議のうえ決定することとする。

＜指定提出先＞

社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団丹南精明園

担当者 総務課 佐藤宛 メールアドレス k\_satou@hwc.or.jp