

物品仕様書

1. 件 名 丹南精明園新築移転に伴う物品購入(特殊浴槽一式)
2. 物品内容 特殊浴槽一式
3. 品 名 座位入浴装置2台・入浴用車椅子2台・気泡浴装置2台
物品については同等品を認めるが下記推奨品仕様と同等以上とする。
推奨品 座位入浴装置 スクーピングバス カトレア CTA-200(酒井医療)
入浴用車椅子 BWC-165(酒井医療)
気泡浴装置 CTA-10(酒井医療)
4. 納入場所 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 丹南精明園
兵庫県丹波市柏原町柏原5208番地1
5. 納入期限 令和7年10月～令和8年3月末
※納入に当たっては日時、納入場所及び手順をあらかじめ担当者と協議し指示に従うこと
※納入期限については、工事の進捗状況により納入を延長する可能性あり
6. 支払方法 納入確認後一括払
7. その他特記事項
 - ・物品は推奨品と同等以上での積算を認め別紙図面にて設備及び設置搬入に伴う費用も合わせて算出すること
 - ・機器設置に係る建築・設備(電気・ガス・給排水等)の変更は認めないものとする
 - ・同等品での算出を行う場合は、指定日までにカタログ及び物品仕様書を下記指定提出先にメールにて送付し、入札3日前までに認められた物にて算出すること
 - ・仕様書に記載のない疑義についても誠実に対応すること

<指定提出先>

社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団丹南精明園

担当者 総務課 佐藤宛 メールアドレス k_satou@hwc.or.jp

8. 機器の仕様

<座位入浴装置>

(1) 本体仕様

設置場所に関わる為、浴槽本体は下記仕様の範囲とする。

外形寸法 : 2180(L) × 1110(W) × 1430(H)mm以内

電 源 : 単相 100V (60HZ)

重 量 : 約 315kg 以下

浴槽容量 : 約 283ℓ 以内

実使用湯量 : 約 182ℓ 以内

貯湯タンク容量 : 約 270ℓ 以内

材 質 : 浴槽・カバー/FRP、フレーム/スチール製・粉体塗装仕上

給 湯 : 25A 1 本

給 水 : 25A 1 本

排 水 : 80A 掘込内 2 ヶ所

(2) その他特記事項

- ・介助者が常に利用者の身体の状態や表情を確認できるよう、対面入浴(お互いに向かい合っでの入浴方式)であること
- ・衛生面を考慮して、入浴ごとにお湯が入れ換えられること
- ・浴槽全体で入浴用車椅子をすくい上げる入浴方法のため、リラックスした姿勢で入浴頂けること
- ・浴槽全体で入浴用車椅子をすくい上げる入浴方式のため、利用者のフットケアが行いやすいこと
- ・ランニングコスト節約のため、実使用湯量は 182ℓ以内であること
- ・掃除が簡単に行えるよう、浴槽内部に凹凸がないこと
- ・掃除が簡単に行えるよう、浴槽下部にスペースがあること
- ・利用者の安全向上に対し、入浴時間がデジタル表示されて確認できること
- ・温度調節が簡単に行えるよう、電子制御ミキシングを採用していること
- ・火傷事故防止のため、貯湯タンクへの給湯は 36℃～47℃以外は自動停止し、また、貯湯タンクの湯温が 36℃～45℃以外は浴槽に湯はりされない 2 重の安全装置を内蔵していること
- ・火傷事故防止のため、給湯温度計・浴槽内温度計は視認性が良い浴槽上部に配置されており、高温時と低温時にデジタル表示部が点滅すること
- ・火傷事故防止のため、高温であることを知らせる設備が備わっていること
- ・大柄な人も入浴できるよう、有効水深は最大 465mm 以上あること
- ・気泡浴装置を装備していること
- ・小柄な利用者も安心して入浴できるよう、湯はり低い水位で一旦停止し、必要なだけ

足し湯する「自動湯はり/たし湯機能」を有していること

・停電時でも出浴できるよう、非常用浴槽下降レバーを有していること

・本体内には漏電ブレーカーが組み込まれていること

<入浴用車椅子チルト&フルクライニング式>

(1) 本体仕様

設置場所に関わる為、本体は下記仕様の範囲とする。

外形寸法：1020(L)×570(W)×1270(H)mm 以内（※標準姿勢時）

重 量：BWC-165 / 約 47kg 以下（BWC-155 / 約 41kg 以下）

キャスター径：φ100mm(4 輪ストッパー付)以上

材 質：フレーム/ステンレス、マット/合成ゴム

(2) その他特記事項

・洗身介護が1人でも行えるよう、フルクライニング機構を装備していること

・入浴時の姿勢安定やフルクライニング時の転落防止のため、サイドサポートを装備していること

・脱落事故防止のため、車椅子の上下が分離しない一体構造を採用していること

・利用者の姿勢を安定させるチルト機構を装備していること

・利用者が移乗しやすいよう、座面高さは 460mm 以内であること

・利用者が一度で奥まで座れるよう、座面奥行は 430mm 以内であること

・ヘッドレストは、入浴者の体型に合わせて、高さの調節が可能なこと

・利用者の安全を考慮し、安全ベルトが装備されていること

・また、安全ベルトには、肌ざわりのやさしい熱圧成型パッドが装備されていること

・トランスファーし易いように、フットレストを持上げて外側に回転させることで、利用者の足周りが開放される構造になっていること